

Da: Inail Consulenza Tecnica Accert. Rischi e Prev. [<mailto:contarp@inail.it>]

Inviato: venerdì 3 aprile 2020 12:00

A: Medico.Enzo <[medico.enzo@inail.it](mailto:medico.enzo@inail.it)>

Oggetto: I: Oggetto: quesito sulle mascherine con valvola

Gentilissimo,

le maschere dotate di valvole di espirazione sono concepite per fornire un miglior confort a chi le indossa ma in molti ipotizzano che non si possa escludere la trasmissione del virus a persone che si trovano in prossimità.

Cordiali saluti

**INAIL**

CONSULENZA TECNICA  
ACCERTAMENTO RISCHI  
E PREVENZIONE CENTRALE

Roma, via R. Ferruzzi, 40  
Tel. 0654872415 (rpv 802415)  
Fax 0654872365  
Email: [contarp@inail.it](mailto:contarp@inail.it)